



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 11 июня 2014 года № РЗН 2014/1679

На медицинское изделие

Канюля внутривенная с ПТФЭ катетером BIO-FLON

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

«БИО-МЕД ХЭЛСКЭА ПРОДАКТС ПРАЙВЕТ ЛИМИТЕД», Индия

BIO-MED HEALTHCARE PRODUCTS PRIVATE LIMITED,

30, DLF Industrial Estate I, 121003 Faridabad, Haryana, India

Производитель

«БИО-МЕД ХЭЛСКЭА ПРОДАКТС ПРАЙВЕТ ЛИМИТЕД», Индия

BIO-MED HEALTHCARE PRODUCTS PRIVATE LIMITED,

30, DLF Industrial Estate I, 121003 Faridabad, Haryana, India

Место производства медицинского изделия

30, DLF Industrial Estate I, 121003 Faridabad, Haryana, India

Номер регистрационного досье № РД-3052/48643 от 04.02.2014

Вид медицинского изделия -

Класс потенциального риска применения медицинского изделия **2a**

Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия **94 3640**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 11 июня 2014 года № 4175
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



М.А. Мурашко

0008726

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 11 июня 2014 года

№ РЗН 2014/1679

Лист 1

На медицинское изделие

Канюля внутривенная с ПТФЭ катетером BIO-FLON, типоразмеры (размер G x внешний диаметр x длина):

1. 14 G x 2,10 мм x 45 мм.
2. 16 G x 1,70 мм x 45 мм.
3. 17 G x 1,50 мм x 45 мм.
4. 18 G x 1,30 мм x 45 мм.
5. 20 G x 1,10 мм x 32 мм.
6. 22 G x 0,90 мм x 25 мм.
7. 24 G x 0,70 мм x 19 мм.
8. 26 G x 0,60 мм x 19 мм.

Z

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



М.А. Мурашко

0007002